

FLUKE®

Biomedical

ESA615

Electrical Safety Analyzer

Manual de uso

FBC-0026

February 2012, Rev. 3, 8/15 (Spanish)

© 2012-2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

Garantía y servicio técnico para el producto

Fluke Biomedical garantiza que este instrumento no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición O durante dos años si al final de su primer año, usted envía el instrumento a un centro de servicio de Fluke Biomedical para calibración. A usted se le cobrará nuestro precio habitual por dicha calibración. Durante el período de garantía, repararemos o reemplazaremos sin cargo, a elección de Fluke Biomedical, el producto defectuoso, siempre y cuando se devuelva el producto con el porte pagado a Fluke Biomedical. Esta garantía únicamente cubre al comprador original y no es transferible. La garantía no se aplica si el producto se ha dañado de forma accidental o por el mal uso, o como resultado de mantenimiento o modificación por parte de personal ajeno a un centro de servicio autorizado de Fluke Biomedical. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA POR PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O CONTINGENTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE DATOS, QUE SURJAN POR CUALQUIER TIPO DE CAUSA O TEORÍA.

Esta garantía sólo cubre a los productos seriados y sus accesorios que tengan una etiqueta con un número de serie único. La recalibración de instrumentos no está cubierta por esta garantía.

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros derechos que varíen en diferentes jurisdicciones. Dado que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores. Si alguna cláusula de esta garantía se considera inválida o inaplicable por un tribunal u otro ente responsable de tomar decisiones, de jurisdicción competente, tal concepto no afectará a la validez o aplicabilidad de cualquier otra cláusula.

Avisos

Todos los derechos reservados

© Copyright 2015, Fluke Biomedical. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación o traducirse a ningún idioma sin el consentimiento por escrito de Fluke Biomedical.

Descargo de copyright

Fluke Biomedical acepta otorgar un descargo limitado de copyright que le permite al usuario reproducir manuales y demás materiales impresos para uso en programas de formación de servicio técnico y otras publicaciones técnicas. Si desea hacer otras reproducciones o distribuciones, envíe su solicitud por escrito a Fluke Biomedical.

Desembalaje e inspección

Siga las prácticas estándar de recepción en el momento de recibir el instrumento. Revise la caja de envío para determinar si ha sufrido daños. En caso de encontrar daños, no continúe desembalando el instrumento. Notifique a la empresa de transportes y solicite la presencia de un agente mientras se desembala el instrumento. No hay instrucciones especiales de desembalaje, pero tenga cuidado de no dañar el instrumento al desembalarlo. Inspeccione el instrumento en busca de daños físicos, tales como piezas dobladas o rotas, abolladuras o arañazos.

Asistencia técnica

Para recibir soporte de la aplicación o respuestas a preguntas técnicas, envíe un mensaje electrónico a techservices@flukebiomedical.com o llame al 1-800-850-4608 o al 1-440-248-9300. En Europa, envíe un mensaje electrónico a techsupport.emea@flukebiomedical.com o llame al +31-40-2675314.

Reclamaciones

Nuestro método habitual de envío es por medio de una empresa de transportes normal, franco a bordo en origen. En el momento de la entrega, en caso de encontrar daños físicos, retenga todo el material de embalaje en sus condiciones originales y póngase de contacto inmediatamente con la empresa de transportes para presentar una reclamación. Si el instrumento se entrega en buen estado físico pero no funciona de acuerdo con las especificaciones, o si existen otros problemas no causados por daños durante el envío, póngase en contacto con Fluke Biomedical o con su representante de ventas local.

Devoluciones y reparaciones

Procedimiento de devolución

Todos los artículos que se devuelvan (incluidos aquellos en período de garantía) deben enviarse con el porte pagado por anticipado a nuestra fábrica. Cuando devuelva un instrumento a Fluke Biomedical, recomendamos utilizar United Parcel Service (UPS), Federal Express (FedEx) o correo aéreo de paquetes postales. También recomendamos asegurar el envío por su coste real de reemplazo. Fluke Biomedical no será responsable de los envíos perdidos ni por los instrumentos recibidos en mal estado debido a un embalaje o manipulación incorrectos.

Utilice la caja y el material de embalaje originales para el envío. Si no están disponibles, recomendamos la siguiente guía para volver a embalar el producto:

- Utilice una caja reforzada (de doble pared) y de suficiente resistencia para el peso que se está enviando.
- Utilice papel pesado o cartón para proteger todas las superficies del instrumento. Utilice un material no abrasivo alrededor de todas las piezas que sobresalgan.
- Utilice al menos 10 cm de material amortiguador aprobado por la industria, insertado firmemente alrededor del instrumento.

Devoluciones para reembolso/crédito parcial:

Todo producto devuelto para reembolso/crédito debe estar acompañado por un número de autorización de material devuelto (RMA), el cual puede obtenerse de nuestro grupo de entrada de pedidos llamando al 1-440-498-2560.

Reparación y calibración:

Para localizar el centro de servicio técnico más cercano, visite www.flukebiomedical.com/service o

En EE.UU.:

Cleveland Calibration Lab

Tel: 1-800-850-4608 x2564

Correo electrónico: globalcal@flukebiomedical.com

Everett Calibration Lab

Tel: 1-888-99 FLUKE (1-888-993-5853)

Correo electrónico: service.status@fluke.com

En Europa, Oriente Medio y África:

Eindhoven Calibration Lab

Tel: +31-40-2675300

Correo electrónico: servicedesk@fluke.nl

En Asia:

Everett Calibration Lab

Tel: +425-446-6945

Correo electrónico: service.international@fluke.com

Para garantizar que la precisión de Producto se mantiene a un alto nivel, Fluke Biomedical recomienda calibrar el Producto al menos una vez cada 12 meses. La calibración debe realizarla personal cualificado. Para la calibración, póngase en contacto con su representante local de Fluke Biomedical.

Certificación

Este instrumento se probó e inspeccionó rigurosamente, y se encontró que cumplía con las especificaciones de fabricación de Fluke Biomedical en el momento de su envío desde la fábrica. Las mediciones de calibración proceden del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos (National Institute of Standards and Technology, NIST). Los dispositivos para los cuales no existen normas de calibración del NIST se miden frente a normas de rendimiento internas utilizando procedimientos de prueba aceptados.

ADVERTENCIA

Las modificaciones no autorizadas realizadas por el usuario, o la aplicación fuera las especificaciones publicadas, pueden resultar en peligros de descarga eléctrica u operación incorrecta. Fluke Biomedical no será responsable por lesiones sostenidas debido a modificaciones no autorizadas del equipo.

Restricciones y responsabilidades

La información contenida en este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Fluke Biomedical. Los cambios hechos a la información de este documento serán incorporados en ediciones nuevas de la publicación. Fluke Biomedical no asume responsabilidad alguna por el uso o la fiabilidad de software o equipo no suministrado por Fluke Biomedical o por sus distribuidores afiliados.

Lugar de fabricación

El ESA615 Electrical Safety Analyzer se fabrica en Fluke Biomedical, 6920 Seaway Blvd., Everett, WA, EE.UU.

Tabla de materias

Título	Página
Introducción.....	1
Uso previsto	3
Información sobre seguridad.....	3
Desembalaje del Producto	5
Familiarización con el instrumento	6
Sujeción del Producto	10
Conexión a la red eléctrica.....	10
Conexión de un DUT al Producto.....	11
Encendido del Producto	11
Acceso a las funciones del Producto.....	13
Conexión de un ordenador al Producto.....	14
Configuración del Producto	16
Definición del nombre de operador.....	16
Borrado de un nombre de operador	17
Definición de la fecha	17

Definición de la hora	18
Definición de la norma de la prueba	18
Definición del límite del GFCI.....	18
Definición de la demora de conmutación de la polaridad.....	19
Definición del formato de fecha.....	19
Definición del formato de hora	19
Definición del idioma.....	20
Definición de la alarma sonora.....	20
Definición del contraste de pantalla	20
Visualización de la información del instrumento	21
Realización de pruebas de seguridad eléctrica	21
Definición de la norma de la prueba	21
Prueba de tensión de la red.....	21
Prueba de resistencia del cable de tierra (protección de tierra).....	22
Prueba de resistencia del aislamiento	27
Prueba de la corriente del equipo	33
Prueba de fuga de corriente	33
Fuga de corriente de tierra	34
Prueba de fuga del chasis (carcasa).....	37
Prueba de fuga de conductor a tierra (paciente).....	39
Pruebas de fuga de conductor a conductor (auxiliar de paciente)	41
Prueba de fuga de MAP (red sobre la pieza aplicada) de aislamiento del conductor	43
Prueba de fuga de equipos alternativos.....	46
Prueba de fuga de piezas aplicadas alternativas.....	46
Prueba de fuga de equipos directos	48
Prueba de fuga de piezas aplicadas directas	50
Prueba de fuga de corriente diferencial	53
Uso del adaptador 1 a 10	55

Realización de mediciones punto a punto	59
Medición de la tensión	59
Medición de resistencia	59
Medición de corriente	60
Simulación de las ondas ECG	60
Memoria	63
Secuencias de pruebas	63
Secuencias de pruebas suministradas de fábrica	63
Realización de una secuencia de pruebas	66
Realización de una secuencia de pruebas nueva	66
Creación de una secuencia de pruebas a partir de una secuencia de la biblioteca de pruebas	70
Modificación de una secuencia de pruebas	70
Ejecución de una secuencia de pruebas	71
Visualización de los resultados de la prueba	72
Eliminación de un conjunto de resultados de pruebas	73
Mantenimiento	73
Prueba y sustitución de fusibles	73
Limpieza del Producto	74
Piezas de repuesto	75
Accesorios	77
Especificaciones	77
Especificaciones detalladas	79

Lista de tablas

Tabla	Título	Página
1.	Símbolos	2
2.	Controles y conexiones del panel superior.....	7
3.	Conexiones de panel superior y lateral	9
4.	Abreviaturas de los esquemas	25
5.	Nombres de prueba basados en la norma seleccionada	33
6.	Secuencias de pruebas suministradas de fábrica	64
7.	Configuración de la prueba para las secuencias de pruebas	68
8.	Repuestos recambiables	75
9.	Accesorios.....	77

Lista de figuras

Figura	Título	Página
1.	Controles y conexiones del panel frontal.....	6
2.	Conexiones de panel superior y lateral	8
3.	Asa del Producto	10
4.	Producto listo para su uso	11
5.	Conexiones del DUT al Producto	12
6.	Menú Leakage Current (Corrientes de fuga)	14
7.	Conexión del Producto al ordenador	15
8.	Menú Setup (Config)	16
9.	Pantalla lista Operador	16
10.	Menú de pruebas de tensión de la red	21
11.	Medición de la resistencia de tierra del dispositivo bajo prueba.....	23
12.	Conexiones de medición de resistencia de línea de tierra (o toma de tierra de protección)	24
13.	Esquema de medición de resistencia de línea de tierra (o toma de tierra de protección)	26
14.	Medición de la resistencia del aislamiento	27

15.	Esquema de la prueba de resistencia del aislamiento de la red a la tierra de protección.....	28
16.	Esquema de la prueba del aislamiento de las piezas aplicadas a la tierra de protección.....	29
17.	Esquema de la prueba de aislamiento de la red a las piezas aplicadas	30
18.	Esquema de la red a los puntos conductores no accesibles de tierra	31
19.	Esquema de las piezas aplicadas a los puntos conductores no accesibles de tierra	32
20.	Menú principal de corriente de fuga.....	34
21.	Esquema de prueba de corriente de fugas de tierra.....	36
22.	Esquema de la prueba de corriente de fugas de la caja.....	38
23.	Esquema de la prueba de corriente de fugas del conductor a la conexión a tierra (paciente).....	40
24.	Pantalla de bornes de conexión de piezas aplicadas	41
25.	Esquema de la prueba de la corriente de fuga de conductor a conductor (auxiliar del paciente).....	42
26.	Esquema de prueba de fugas de aislamiento del conductor (red principal en fuga de piezas aplicadas)	45
27.	Esquema de la prueba de corriente de fuga en piezas aplicadas alternativas	47
28.	Esquema de la prueba de fugas en piezas aplicadas alternativas	49
29.	Esquema de la prueba de fugas de equipos directos	51
30.	Esquema de la prueba de corriente de fugas de piezas aplicadas directas	52
31.	Esquema de la prueba de corriente de fugas diferenciales	54
32.	Conexiones del adaptador 1 a 10	56
33.	Conexión del conductor ECG con el adaptador 1 a 10	58
34.	Menú de la función punto a punto.....	59
35.	Menú ECG Waveform Simulation (Forma de onda de simulación de ECG).....	60
36.	Conexiones del monitor de ECG	62
37.	Icono de posición de entrada	67
38.	Pantalla de secuencia de pruebas.....	71
39.	Pantalla de información del equipo.....	71
40.	Acceso a los fusibles	74

Electrical Safety Analyzer

Introducción

⚠️ Advertencia

Para prevenir posibles choques eléctricos, fuego o lesiones personales, lea toda la información sobre seguridad antes de usar el Producto.

El Analizador de seguridad eléctrica ESA615 de Fluke Biomedical (el Producto) es un analizador portátil y compacto, de funciones completas, diseñado para verificar la seguridad eléctrica de dispositivos médicos. El Producto se ha probado conforme a las normas de seguridad eléctrica estadounidenses (ANSI/AAMI ES1, NFPA 99) e internacionales (IEC62353, AN/NZS 3551 y partes de IEC 60601-1). El Producto simula ECG para realizar pruebas de rendimiento en monitores de ECG.

Es fácil seleccionar cargas integradas del paciente según ANSI/AAMI ES1 y IEC60601-1.





El Producto realiza estas pruebas:






- Tensión de la línea (red principal)
- Resistencia del cable de tierra (protección de tierra)
- Corriente del equipo
- Resistencia de aislamiento
- Fuga a tierra (toma de tierra)
- Fuga de chasis (caja)
- Fuga de conductor a tierra (paciente) y conductor a conductor (auxiliar de paciente)
- Aislamiento del conductor (red principal en fuga de piezas aplicadas)
- Fugas diferenciales

- Fugas directas del equipo
- Fugas directas de las piezas aplicadas
- Fugas del equipo alternativo
- Fugas del paciente y de las piezas aplicadas alternativas
- Fugas, tensión y resistencia de punto a punto
- Formas de onda de simulación y rendimiento del ECG

En la Tabla 1 se incluye una lista de los símbolos utilizados en el Producto y en este manual.

Tabla 1. Símbolos

Símbolo	Descripción
	ADVERTENCIA - PELIGRO. Consulte la documentación del usuario.
	ADVERTENCIA. TENSIÓN PELIGROSA. Peligro de choque eléctrico.
	Fusible
	Equipotencial
CAT II	La categoría de medición II se aplica a los circuitos de prueba y medición conectados directamente a puntos de utilización (salidas de enchufe y puntos similares) de la instalación de baja tensión de la red eléctrica.

Símbolo	Descripción
	Cumple la normativa de la Unión Europea.
	Estándares de seguridad de América del Norte certificados por CSA Group.
	Cumple los requisitos australianos pertinentes sobre compatibilidad electromagnética (EMC)
	Cumple con las normas surcoreanas sobre compatibilidad electromagnética (EMC).
	Este producto cumple la Directiva WEEE sobre requisitos de marcado. La etiqueta que lleva pegada indica que no debe desechar este producto eléctrico o electrónico con los residuos domésticos. Categoría del producto: Según los tipos de equipo del anexo I de la Directiva WEEE, este producto está clasificado como producto de categoría 9 "Instrumentación de supervisión y control". No se deshaga de este producto mediante los servicios municipales de recogida de basura no clasificada.

Uso previsto

El Producto es un dispositivo de medición y fuente de señal electrónico para verificar la seguridad eléctrica de los dispositivos médicos. El Producto también proporciona ondas de simulación y rendimiento del ECG para verificar que los monitores de los pacientes funcionan de acuerdo con su especificación de funcionamiento.

El Producto proporciona las siguientes categorías de funciones:

- Funciones del ECG
- Pruebas de rendimiento del ECG

El usuario previsto es un técnico de equipos biomédicos con formación que realiza revisiones periódicas de mantenimiento preventivo en monitores de pacientes en servicio. Los usuarios pueden ser empleados de hospitales, clínicas, fabricantes del equipo original o de empresas que reparen y realicen el mantenimiento de equipos médicos. El usuario final es una persona con formación en tecnología de instrumentación médica.

Este Producto está diseñado para utilizarse en el entorno del laboratorio, fuera de la zona de cuidados del paciente y no para su utilización en pacientes, o en dispositivos de comprobación mientras estén conectados a los pacientes. El Producto no se ha diseñado para la calibración de equipos médicos. Se ha diseñado para un uso diferente.

Información sobre seguridad

En este manual, una **Advertencia** identifica las condiciones y acciones que pueden suponer un peligro para el usuario. Una **Precaución** identifica condiciones y procedimientos que pueden causar daños en el Producto o en el equipo que se prueba.

Advertencia

Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios o lesiones personales, siga estas instrucciones:

- **Lea atentamente todas las instrucciones.**
- **Utilice el Producto únicamente de acuerdo con las especificaciones; en caso contrario, se puede anular la protección suministrada por el Producto.**
- **Utilice únicamente el cable de alimentación de la red principal y el conector aprobados para la tensión y la configuración de conexión de su país y que se corresponda con el Producto.**
- **No aplique una tensión mayor que la nominal entre los terminales o entre cualquier terminal y la toma de tierra.**
- **Mida primero una tensión conocida para asegurarse de que el producto funciona correctamente.**

- No toque las tensiones de >30 V CA rms, picos de 42 V CA o 60 V CC.
- No utilice el Producto cerca de gases o vapores explosivos, o en ambientes húmedos o mojados.
- No utilice alargadores ni adaptadores.
- No conecte el Producto a un paciente o a un equipo conectado a un paciente. El Producto está diseñado solamente para la evaluación de equipos. El Producto no debe usarse en diagnósticos, tratamientos u otras capacidades en las que el Producto podría tocar a un paciente.
- Retire el adaptador de borne nulo de la toma ØNulo después de realizar una prueba de cero de los conductores. La toma Ø/Nulo es potencialmente peligrosa durante algunas condiciones de la prueba. Utilice solo cables con los valores de tensión correctos.
- Mantenga los dedos detrás de los protectores correspondientes de las sondas.
- No utilice el adaptador de 15-20 A para suministrar energía a dispositivos con un valor nominal superior a 15 A. Esto podría sobrecargar la instalación.
- Utilice sólo las sondas de corriente, los conductores de prueba y los adaptadores que se suministran con el producto.
- Cumpla los requisitos de seguridad nacionales y locales. Utilice equipos de protección personal (equipos aprobados de guantes de goma, protección facial y prendas ignífugas) para evitar lesiones por descarga o por arco eléctrico debido a la exposición a conductores con corriente.
- No toque las piezas metálicas del dispositivo bajo prueba (device under test - DUT) mientras realiza una prueba. Algunas pruebas aplican alta tensión y alta corriente al DUT con la toma de tierra del DUT abierta o cerrada.
- Examine la caja antes de utilizar el Producto. Examine el producto para ver si hay grietas o si falta plástico. Examine con atención el aislamiento que rodea los terminales.
- No utilice cables de prueba si están dañados. Compruebe que los cables de prueba no tienen daños en el aislamiento ni metal expuesto, o si se muestra el indicador de desgaste. Verifique la continuidad de los conductores de prueba.

- **Asegúrese de que el conductor de tierra del cable de alimentación de la red principal tiene una conexión de protección a tierra. Si se interrumpe la conexión a tierra, el chasis se podría cargar de tensión, lo que podría causar la muerte.**
- **Sustituya el cable de alimentación de red si el aislamiento está dañado o si muestra signos de desgaste.**
- **Conecte el conductor de comprobación común antes que el conductor de comprobación con corriente, y retire éste último antes que el conductor de comprobación común.**
- **Retire todas las sondas, los conductores de prueba y los accesorios que no sean necesarios para llevar a cabo la medición.**
- **Desactive el Producto si está dañado.**
- **No utilice el producto si está dañado.**
- **No utilice el Producto si no funciona correctamente.**
- **Utilice este Producto únicamente en interiores.**
- **Utilice accesorios (sondas, conductores de prueba y adaptadores) con valores nominales de categoría de medición (CAT), tensión y amperaje homologados para el producto en todas las mediciones.**

- **Limite el funcionamiento del producto a la categoría de medición, tensión o valores de amperaje especificados.**
- **Utilice únicamente sondas, conductores de prueba y accesorios que tengan la misma categoría de medición, tensión y valores de amperaje que el producto.**

Desembalaje del Producto

Desembale cuidadosamente todos los artículos de la caja y compruebe que contiene lo siguiente:

- ESA615
- Manual de funcionamiento básico
- CD con el manual de uso del modelo
- Estuche de transporte
- Cable de alimentación
- Adaptador de 15 – 20 A (sólo para EE.UU.)
- Kit de accesorios de ESA para EE.UU. (sólo para EE.UU., Australia e Israel) o kit de accesorios ESA para Europa
- CD de demostración de Ansur
- Adaptador de borne nulo
- Adaptador de punta cónica a ECG 5 a 5 (BJ2ECG)
- Cable de transferencia USB

Familiarización con el instrumento

En la Figura 1 y la Tabla 2 se muestran los controles y las conexiones del panel frontal del Producto.




Figura 1. Controles y conexiones del panel frontal

gtv116.eps

Tabla 2. Controles y conexiones del panel superior

Artículo	Nombre	Descripción
①	Botones de configuración de la toma del equipo	Controla la configuración de la toma del equipo. Abre y cierra el neutro y la conexión a tierra, e invierte la polaridad de la conexión neutra y activa.
②	Indicador de tensión alta	Se ilumina cuando se aplica una tensión alta a los bornes del ECG/piezas aplicadas, o L1 y L2 del receptáculo de la prueba.
③	Botones de funciones de prueba	Selecciona las funciones de prueba del Producto.
④	Botones de navegación	Botones de control del cursor para navegar por los menús y las listas.
⑤	Botón de prueba	Inicia las pruebas seleccionadas.
⑥	Botón Enter	Establece la función de resaltado.
⑦	Conectores hembra de entrada	Conectores para las puntas de prueba.
⑧	Toma de anulación	Conexión a la resistencia de la prueba de cero de los conductores.
⑨	Teclas programables de función	Las teclas de F1 a F4 se utilizan para seleccionar varias opciones que aparecen en la pantalla LCD encima de cada tecla de función.

En la Figura 2 y la Tabla 3 se describen los controles y las conexiones de panel superior y lateral del Producto.




Figura 2. Conexiones de panel superior y lateral


gtv110.eps

Tabla 3. Conexiones de panel superior y lateral

Artículo	Nombre	Descripción
①	Salida del equipo	Salida del equipo, específica de la versión del Producto, que proporciona una conexión al dispositivo bajo prueba.
②	Puerto del controlador USB A	Para un teclado externo o un lector de código de barras.
③	Puerto de dispositivo USB (conector de tipo Mini B)	Conexión digital para controlar el Producto desde un PC o controlador de instrumentos.
④	Puerto de acceso del fusible	Acceso al fusible de la salida del equipo.
⑤	Soporte inclinado	Sujeta el Producto en una posición inclinada.
⑥	Ranura de la tarjeta SD	Acceso a la tarjeta de memoria SD.
⑦	Interruptor eléctrico de CA	Enciende y apaga la alimentación de CA.
⑧	Conector de entrada de alimentación	Un conector macho de tres patillas (IEC 60320 C19) a tierra, donde se enchufa el cable de alimentación de la red.
⑨	Tomas de piezas aplicadas/ECG	Bornes de conexión para piezas aplicadas de dispositivo bajo prueba , tales como conductores de ECG. Se utilizan para comprobar la corriente de fugas a través de los conductores y para suministrar señales de ECG y formas de onda de rendimiento a un dispositivo bajo prueba.
⑩	Adaptador de toma de punta cónica a ECG	Adaptador para conectar los conductores a presión de ECG al Producto.

Sujeción del Producto

Al mover el Producto, use el asa situada en la caja inferior para sujetarlo. Consulte la Figura 3.



gtv122.eps

Figura 3. Asa del Producto

Conexión a la red eléctrica

⚠️ Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones personales:

- No utilice alargadores ni adaptadores.
- Asegúrese de que el conductor de tierra del cable de alimentación de la red principal tiene una conexión de protección a tierra. Si se interrumpe la conexión a tierra, el chasis se podría cargar de tensión, lo que podría causar la muerte.
- Sustituya el cable de alimentación de red si el aislamiento está dañado o si muestra signos de desgaste.
- Utilice únicamente el cable de alimentación de la red principal y el conector aprobados para la tensión y la configuración de conexión de su país y que se corresponda con el Producto.
- No coloque el Producto en lugares en los que el acceso al cable de alimentación esté bloqueado.

El Producto está concebido para uso con alimentación eléctrica monofásica conectada a tierra. No está concebido para configuraciones de alimentación doble, de fase dividida o trifásica. Puede utilizarse con un sistema eléctrico que suministre las tensiones correctas para una fase y está conectado a tierra, o con un sistema eléctrico aislado.

Utilice el cable de alimentación de la red eléctrica de su país que no tenga una tensión superior al valor de potencia nominal del Producto. Conecte el cable al conector de entrada de alimentación y después a la toma de la red principal.

Conexión de un DUT al Producto

Puede conectar un dispositivo bajo prueba (DUT) de diferentes formas para una prueba de seguridad eléctrica completa. En la Figura 5 se muestra un dispositivo DUT conectado al receptáculo de la prueba, bornes de piezas aplicadas y una conexión a la carcasa o toma de protección a tierra del dispositivo DUT.

⚠️ Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones personales:

- **Utilice accesorios (sondas, conductores de prueba y adaptadores) con valores nominales de categoría de medición (CAT), tensión y amperaje homologados para el producto en todas las mediciones.**


- **No acerque objetos de metal a los conectores.**
- **No use conectores BNC que tengan metal expuesto ni conectores tipo banana.**

Encendido del Producto

Nota


Asegúrese de que el indicador de tensión alta funciona, observe si se ilumina al encenderse.

Pulse el interruptor eléctrico del panel lateral de modo que el lado "I" del interruptor eléctrico de CA quede presionado. El Producto realiza una serie de autopruebas y muestra el mensaje que aparece en la Figura 4 cuando la autoprueba se haya completado correctamente.



giz125.bmp

Figura 4. Producto listo para su uso










gtz113.eps

Figura 5. Conexiones del DUT al Producto

La autoprueba mide la polaridad correcta, la integridad de la conexión a tierra y el nivel de tensión en la entrada de la red principal CA. El indicador de tensión alta se ilumina brevemente durante la autoprueba. Si la polaridad está invertida, el Producto muestra esta condición y establece que la polaridad se invierta internamente. Si la conexión a tierra está abierta, el Producto muestra este fallo. Si la tensión de la red principal es demasiado alta o demasiado baja, el Producto muestra este fallo y no continúa hasta que se corrija la tensión de alimentación y se apague y vuelva a encender el Producto.

Acceso a las funciones del Producto

Para cada función de prueba y configuración, el Producto utiliza una serie de menús para acceder a diversas pruebas y variables de configuración del Producto. En el siguiente ejemplo mostrado en la Figura 6, el Producto muestra diferentes pruebas de fuga de corriente en la parte inferior de la pantalla. Una tecla de función **Más** permite acceder a más menús relacionados con la prueba. Al pulsar una tecla de función (de **F1** a **F4**) bajo el nombre de una prueba, el Producto se configura o se realiza la prueba seleccionada.

Para algunas pruebas, será necesario establecer parámetros con los botones de navegación. En el ejemplo anterior, el parámetro de fugas tiene un símbolo  a su lado. Este icono indica que debe pulsar  o  para establecer este valor. En este ejemplo, la medición de la fuga de corriente alterna entre CA+CC, sólo CA o sólo CC. El indicador de piezas aplicadas  tiene en el extremo izquierdo y  en el extremo derecho. Estos iconos indican que debe pulsar  y  para establecer una pieza aplicada.




Figura 6. Menú Leakage Current (Corrientes de fuga)

Los tres botones a lo largo del lado derecho de la pantalla (POLARITY NEUTRAL EARTH) controlan el cableado del receptáculo de la prueba del Producto para algunas pruebas eléctricas. El estado actual de estos tres botones se muestra a lo largo del borde derecho de la pantalla cuando estos controles estén activos.

La Figura 5 muestra que la polaridad se puede establecer en normal, inversa y desactivada. El valor Neutral también se puede establecer en cerrado o abierto. El estado de la conexión a tierra no se muestra, lo que indica que no se puede cambiar. La conexión a tierra se abre internamente mientras el Producto realiza esta prueba.

Conexión de un ordenador al Producto

Para conectar el Producto a un ordenador:

Conecte un puerto USB de su ordenador o portátil al puerto mini USB de tipo B de dispositivo del Producto.

O bien

Conecte una llave inalámbrica USB XStick al puerto USB de su ordenador. Los productos disponibles mediante conexión inalámbrica se enumerarán por número de serie. Realice la conexión con un Producto únicamente. Consulte la Figura 7.




Figura 7. Conexión del Producto al ordenador

gtv129.bmp

Configuración del Producto

Hay varios parámetros del Producto que se ajustan mediante la función de configuración. Para acceder al primer menú Conf. que aparece en la Figura 8, pulse

SETUP.





Figura 8. Menú Setup (Config)

Definición del nombre de operador

Puede asociar el nombre del operador al resultado de la prueba eléctrica. Para establecer el nombre del operador:

1. En el menú de configuración, pulse \uparrow o \downarrow hasta que se resalte el nombre del **Operador**.
2. Pulse **ENTER**.

Se muestra una lista de operadores en la pantalla. Consulte la Figura 9. Se usa el nombre del **Usuario Predeterminado** “Ning” cuando no hay ningún nombre del usuario real establecido.



gtz123.bmp

Figura 9. Pantalla lista Operador

Elección del nombre de operador en una lista






1. En la lista Operador, pulse \uparrow o \downarrow para resaltar uno de los nombres de operador.
2. Pulse **ENTER**.

Definición de un nuevo nombre de operador


1. En la lista Operador, pulse la tecla de función **Nuevo**.

Nota

*El Producto mantiene 20 nombres de operador como máximo. Si pulsa la tecla de función **Nuevo** y ya hay 20 nombres, el Producto mostrará un error. Tendrá que eliminar uno o varios nombres para añadir otro.*

2. En la pantalla del teclado, pulse , ,  o  para mover el resaltado a un carácter.
3. Pulse  para añadir un carácter resaltado al campo de nombre.

Nota

*Puede pulsar la tecla de función **F2** para alternar el teclado entre mayúsculas y minúsculas. Resalte àéïöç y pulse  para alternar entre letras con acentos y letras alfanuméricas estándar.*






4. Vuelva a realizar los pasos 2 y 3 hasta que el nombre del operador esté completo.
5. Pulse la tecla de función **Hecho**.

Nota



*Pulse la tecla de función **Retroceso** para eliminar el último carácter del campo de nombres.*





Borrado de un nombre de operador

Para eliminar un nombre de operador:

1. En el menú de configuración, pulse  o  hasta que se resalte el nombre del **Operador**.
2. Pulse .
3. En la lista Operador, pulse  o  para resaltar uno de los nombres de operador.
4. Pulse la tecla de función **Eliminar**.
5. Aparece una pantalla de confirmación de la eliminación.
6. Pulse la tecla de función **Eliminar**.

Definición de la fecha







En el menú de configuración, pulse  o  hasta que se resalte el valor de la **Fecha**.

1. Pulse .
2. En la pantalla del teclado, pulse  o  para mover el resaltado a un carácter.
3. Pulse .
4. Vuelva a realizar los pasos 2 y 3 hasta que la fecha esté completa.
5. Pulse la tecla de función **Hecho**.

Nota

*Pulse la tecla de función **Retroceso** para eliminar el último carácter del campo de fecha.*

Definición de la hora

1. En el menú de configuración, pulse  o  hasta que se resalte el valor de la **Hora**.
2. Pulse .
3. En la pantalla del teclado, pulse  o  para mover el resaltado a un carácter.
4. Pulse .
5. Vuelva a realizar los pasos 3 y 4 hasta que la hora esté completa.

Nota







*Al definir la hora con un formato de 12 horas, pulse la tecla de función **am/pm** para establecer AM o PM.*

6. Pulse la tecla de función **Hecho**.

Nota

*Pulse la tecla de función **Retroceso** para eliminar el último carácter del campo de fecha.*

Definición de la norma de la prueba



1. En el menú de configuración, pulse  o  hasta que se resalte la variable **Estándar**.
2. Pulse .
3. Pulse  o  para resaltar una de las normas.
4. Pulse .

Definición del límite del GFCI

El diferencial de derivación a tierra protege la DUT de cortocircuitos cuando está conectado al receptáculo de prueba del Analizador. (El diferencial no tiene efecto alguno en la comprobación de aislamiento, protección de puesta a tierra y tensión porque el receptáculo no está conectado a la red eléctrica en estas comprobaciones.) Cuando salta el diferencial, desconecta la alimentación del receptáculo de prueba y también de la DUT, mediante la apertura de los relés correspondientes. El Analizador sigue funcionando y muestra un mensaje de "detección de fallo" junto con una explicación.







El Analizador usa el ajuste del diferencial para el estándar que el usuario haya seleccionado comprobar. Para obtener los mejores resultados, compruebe el ajuste del diferencial en el menú de configuración. El estándar AAMI especifica 5 mA. El resto de estándares (por ejemplo, el IEC 60601-1 y el IEC 62353) especifican 10 mA. El ajuste de 25 mA es un caso especial que no está definido en ningún estándar.

Para establecer el límite de corriente del GFCI:







1. En el menú de configuración, pulse la tecla programable con la etiqueta **Instrumento Config.** para mostrar las selecciones de ajuste del instrumento.
2. Pulse la tecla programable con la etiqueta More (Más) para mostrar selecciones de menú adicionales.
3. Pulse la tecla programable **GFCI Limit** (Límite del GFCI) para abrir un recuadro de desplazamiento sobre la etiqueta de la tecla programable.
4. Pulse  o  para ajustar el límite actual.
5. Pulse la tecla programable con la etiqueta **GFCI Limit** (Límite de GFCI) para salir de la función de configuración de límite del diferencial.

Definición de la demora de conmutación de la polaridad







Cuando el receptáculo de la prueba del producto se conmuta, puede establecerse una demora para controlar el tiempo real de conmutación. Para establecer la demora de polaridad:

1. En el menú de configuración, pulse  o  hasta que se resalte la variable **Demora Polar**.
2. Pulse .
3. Pulse  o  para resaltar uno de los valores de demora preestablecidos.
4. Pulse .

Definición del formato de fecha







1. En el menú de configuración, pulse la tecla de función **Instrumento Config.**
2. Pulse  o  hasta que se resalte la variable **Formato Fecha**.
3. Pulse .
4. Pulse  o  para resaltar **DD/MM/AAAA**, **MM/DD/AAAA** o **AAAA/MM/DD**.
5. Pulse .

Definición del formato de hora

1. En el menú de configuración, pulse la tecla de función **Instrumento Config.**
2. Pulse  o  hasta que se resalte la variable **Formato Hora**.
3. Pulse .
4. Pulse  o  para resaltar **12 hr.** o **24 hr.**
5. Pulse .







Definición del idioma

El producto puede mostrar datos en inglés, francés, alemán, español, italiano o portugués. Para cambiar el idioma:

1. En el menú de configuración, pulse la tecla de función **Instrumento Config**.
2. Pulse  o  hasta que se resalte la variable **Idioma**.
3. Pulse .
4. Pulse  o  para resaltar uno de los idiomas.
5. Pulse .



Definición de la alarma sonora

Para habilitar o deshabilitar la alarma sonora:



1. En el menú de configuración, pulse la tecla de función **Instrumento Config**.
2. Pulse  o  hasta que se resalte la variable **Alarma**.
3. Pulse .
4. Pulse  o  para resaltar **Off** (Desactivado) u **On** (Activado).
5. Pulse .

Definición del contraste de pantalla

Hay dos procedimientos para definir el contraste de pantalla. En el menú de inicio Secue. prueba o mediante el menú de configuración.

Cuando en el Producto se muestra el menú de inicio (Selecc. prueba o...), pulse  o  para aumentar o reducir el contraste de la pantalla respectivamente. Pulse la tecla de función **Hecho** para salir de la configuración del contraste.

Para ajustar el contraste mediante el menú de configuración:

1. En el menú de configuración, pulse la tecla de función **Instrumento Config**.
2. Pulse la tecla de función **Contraste Pantalla**.
3. Pulse  o  para aumentar o disminuir respectivamente el contraste de la pantalla.
4. Pulse la tecla de función **Hecho** para salir de la configuración del contraste.

Visualización de la información del instrumento




Para mostrar el número del modelo, número de serie, versión del firmware y la fecha de la última calibración del producto, pulse **SETUP**. A continuación, pulse la tecla de función **Instrumento Información**.

Realización de pruebas de seguridad eléctrica

El Producto realiza diversas pruebas eléctricas y de rendimiento en equipos biomédicos. En la siguiente sección se proporcionan descripciones de pruebas con instrucciones acerca de cómo realizarlas con el Producto.

Definición de la norma de la prueba

Las pruebas de seguridad eléctrica en el Producto se especifican mediante diferentes normas de seguridad: AAMI ES1/NFPA99, IEC62353, IEC60601-1 y AN/NZS 3551. AAMI está establecido como norma predeterminada. Para seleccionar otra norma:

1. En el menú de configuración, pulse  hasta que se resalte la variable **Estándar**.
2. Pulse **ENTER**.
3. Pulse  o  para resaltar una de las normas.
4. Pulse **ENTER**.


No todas las pruebas eléctricas son aplicables a todas las normas. En esos casos, en el menú solo se muestran las pruebas especificadas en la norma establecida.

Nota

Los valores estándar definidos en el menú de ajustes se aplican a todos los modos de medición manuales. Las pruebas automatizadas utilizan los valores estándar definidos para la secuencia de pruebas seleccionada.

Prueba de tensión de la red

La prueba de tensión de la red mide la tensión en la entrada de la red por medio de tres mediciones. Para acceder a la prueba de tensión de la red, pulse **V**. El menú de prueba de tensión de la red aparece en la Figura 10.



gzt104.bmp

Figura 10. Menú de pruebas de tensión de la red

Pulse cada tecla de función para realizar cada una de las tres mediciones: vivo a neutro, neutro a tierra y vivo a tierra.

Nota

La potencia se elimina del receptáculo de la prueba mientras el Producto realiza una prueba de tensión de la red.


Prueba de resistencia del cable de tierra (protección de tierra)

La prueba de resistencia del cable de tierra (protección de tierra) mide la impedancia entre el terminal PE del receptáculo y las piezas conductoras del DUT que están conectadas a la protección de tierra del DUT.

Nota

Antes de realizar las pruebas de fugas con el Producto, es conveniente asegurarse de que la conexión de tierra es correcta.


Realice esta prueba entre la tierra del receptáculo de prueba y la protección de tierra del DUT o la carcasa del DUT.

Para acceder al menú de prueba de resistencia del cable de tierra (protección de tierra) Nulo/Ø, pulse .

Nota

El DUT se desactiva para esta prueba.

Para realizar una prueba de resistencia de cable a tierra:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del DUT está conectado al receptáculo de la prueba.
2. Pulse  para revelar el menú de la función de resistencia.
3. Conecte un extremo de un conductor de prueba a la toma V/Ω/A. Consulte la Figura 12.
4. Si usa una sonda de accesorios, conéctela al otro extremo del conductor de prueba y coloque la punta de la sonda en la toma Ø/Nulo. Si va a utilizar un accesorio de pinzas de conexión, conéctelo al otro extremo del conductor de prueba, coloque el adaptador de borne nulo en la toma Ø/Nulo y conecte la pinza de conexión al adaptador de borne nulo.

Nota

La toma Ø/Nulo no acepta los conductores de prueba suministrados con el Producto.

5. Pulse la tecla de función **Cables cero**. El Producto pone en cero la medición para cancelar la resistencia del conductor de prueba.
6. Conecte el conductor de prueba procedente de la toma V/Ω/A a la carcasa del DUT o conexión de protección de tierra.
7. Después de realizar las conexiones con el DUT, aparece la resistencia medida en la pantalla. Consulte la Figura 11.




Figura 11. Medición de la resistencia de tierra del dispositivo bajo prueba

Para Productos suministrados con un enchufe de tipo EE. UU.:

Como solución temporal, la unidad incluye un adaptador de 15 a 20 A. Use el adaptador para trabajar con dispositivos que cuenten con conectores de 20 A. Si se instala el adaptador, use la lengüeta de puesta a tierra y ponga a cero la resistencia para realizar mediciones de resistencia del cable de puesta a tierra (tierra de protección). Si no pone a cero la resistencia, deberá añadir un factor adicional de 5 mΩ a las lecturas obtenidas en el modo de resistencia de cable de tierra.

Para poner a cero la resistencia de unidades con el adaptador, conéctelo al receptáculo de prueba. Siga el procedimiento anterior y cambie el paso 4 por:

4. Si está usando un accesorio de sonda, conéctelo al otro extremo del cable de prueba y coloque la punta de la sonda en la toma de tierra del adaptador de 15 a 20 A. Si está usando unas pinzas de cocodrilo, conéctelas al otro extremo del cable de prueba, coloque el adaptador de borne nulo en la toma de tierra del adaptador de 15 a 20 A y fije las pinzas de cocodrilo al adaptador del borne nulo.

⚠️ Advertencia

Para evitar choques eléctricos, retire el adaptador de borne nulo de la toma ØNulo después de realizar una prueba de cero de los conductores. La toma Ø/Nulo es potencialmente peligrosa durante algunas condiciones de la prueba.

Es necesaria una medida de resistencia baja para asegurarse de que hay una buena conexión de tierra en el cable de alimentación. Consulte la norma correspondiente de seguridad eléctrica para conocer el valor límite específico que debe seguirse.

En la Figura 13 se muestran las conexiones eléctricas entre el Producto y el dispositivo DUT. En la Tabla 4 se incluye una lista de las abreviaturas utilizadas en los esquemas y sus descripciones.






Figura 12. Conexiones de medición de resistencia de línea de tierra (o toma de tierra de protección)

Tabla 4. Abreviaturas de los esquemas

Abreviatura	Significado
MD	Dispositivo de medición (Analyzer ESA615)
FE	Tierra funcional
PE	Tierra de protección
Mains (Red)	Suministro de tensión de la red principal
L1	Conductor vivo
L2	Conductor neutro
DUT	Dispositivo bajo prueba
DUT_L1	Conductor vivo del dispositivo bajo prueba
DUT_L2	Conductor neutro del dispositivo bajo prueba
DUT_PE	Conexión a tierra de protección del dispositivo bajo prueba
REV POL	Polaridad invertida del suministro de la red
LEAD GND	Conductor a tierra, usado en la prueba de fuga del paciente
MAP	Red en pieza aplicada
MAP REV	Tensión de origen invertida de la red principal en la pieza aplicada
PE abierta	Protección de tierra abierta
	Prueba de tensión



fba26.eps

Figura 13. Esquema de medición de resistencia de línea de tierra (o toma de tierra de protección)

Prueba de resistencia del aislamiento

Las cinco pruebas de resistencia del aislamiento miden en la red principal (L1 y L2) la protección de tierra, piezas aplicadas a la protección de tierra, red principal a piezas aplicadas, red principal a puntos conductores no conectados a tierra y piezas aplicadas a puntos conductores no conectados a tierra.

Para acceder al menú de la prueba de resistencia del aislamiento, pulse **MΩ**.

Toda las pruebas de resistencia del aislamiento pueden realizarse con 500 V CC o 250 V CC. Para cambiar la tensión de la prueba desde el menú de prueba de resistencia del aislamiento, pulse la tecla de función **Más**. Pulse la tecla de función **Camb. tensión** para alternar la tensión de la prueba entre 250 V CC y 500 V CC.

Nota

Al salir y volver a entrar en el menú de prueba de resistencia del aislamiento, la tensión de la prueba se establece en su valor predeterminado de 500 V CC.

Como se muestra en la Figura 14, tres de las cinco pruebas se muestran sobre las teclas de función **F1** a **F3**. Para acceder a las otras dos pruebas o a la selección de la tensión de la prueba, pulse la tecla de función **Más**. La tecla de función **Volver** volverá al menú de prueba de resistencia del aislamiento de nivel superior.





Figura 14. Medición de la resistencia del aislamiento

Después de pulsar la tecla de función de una prueba, pulse **TEST** para aplicar la tensión de la prueba al DUT y tome la medición de la resistencia.

En las Figuras 15 a 19 aparecen las conexiones eléctricas entre el Producto y el DUT para las cinco pruebas de resistencia del aislamiento.


Nota

El dispositivo se apaga para esta prueba.




fba17.eps

Figura 15. Esquema de la prueba de resistencia del aislamiento de la red a la tierra de protección




fba19.eps

Figura 17. Esquema de la prueba de aislamiento de la red a las piezas aplicadas



fba20.eps

Figura 18. Esquema de la red a los puntos conductores no accesibles de tierra



fba21.eps

Figura 19. Esquema de las piezas aplicadas a los puntos conductores no accesibles de tierra

Prueba de la corriente del equipo

Para medir la corriente consumida por el dispositivo bajo prueba, pulse **[A]**. En el Producto se muestra la corriente que fluye a través de las conexiones de la red principal del receptáculo de la prueba.

Prueba de fuga de corriente

El Producto mide la fuga de corriente de las diferentes configuraciones del DUT. El Producto mide las fugas encontradas en la carcasa y la conexión de tierra, así como las fugas en cada pieza aplicada conectada y combinaciones de las piezas aplicadas conectadas.

Las pruebas de fuga disponibles dependen de la norma establecida en la configuración. Consulte la sección Definición de la norma de la prueba para cambiar la norma de la prueba.

En la Tabla 5 se proporciona una lista de seis pruebas de fuga de corriente. Sus nombres son diferentes cuando se cambia la norma en el Producto.

Pulse **[μ A]** para acceder al menú principal de fuga de corriente mostrado en la Figura 20.

Tabla 5. Nombres de prueba basados en la norma seleccionada

IEC60601	AAMI/NFPA 99
Resistencia de tierra de protección	Resistencia del conductor de tierra
Corriente de fuga de tierra	Corriente de fuga del conductor de tierra
Corriente de fuga de la caja o por contacto	Corriente de fuga del chasis
Corriente de fuga del paciente	Corriente de fuga del conductor a tierra
Corriente de fuga auxiliar del paciente	Corriente de fuga de conductor a conductor
Corriente de fuga de la red sobre la pieza aplicada (MAP)	Corriente de fuga de aislamiento






Figura 20. Menú principal de corriente de fuga

Nota

La pantalla que aparece en la Figura 20 es el menú principal de la fuga de corriente cuando AAMI es la norma seleccionada.



Todas las fugas de corriente excepto el aislamiento de conductores (red principal en las piezas aplicadas), se muestran como CA+CC, Solo CA o Solo CC. El resultado inicial se muestra en el parámetro correspondiente de la norma de prueba establecida. Para cambiar el parámetro, pulse  o . El método de medición aparece a la derecha de la medición de corriente mientras se realizan las pruebas de fuga de corriente.

Fuga de corriente de tierra

Nota



La prueba de fuga de línea de tierra está disponible para AAMI, 60601, pero no para IEC 62353.

Para medir la corriente que fluye en el circuito de protección de tierra del DUT, pulse la tecla de función **Cable tierra** en el menú principal de fuga de corriente. En la Figura 21 aparecen las conexiones eléctricas entre el Producto y el dispositivo DUT cuando se realiza una prueba de fuga de corriente del cable de tierra.

La prueba de fuga de corriente del conductor de tierra tiene ciertas mediciones de combinaciones que pueden realizarse. Pulse  para conmutar la polaridad de la tensión de la red principal aplicada al receptáculo de la prueba entre Normal, Off (Desactivado), Invert. y Off (Desactivado). Pulse  para abrir y cerrar la conexión del neutro al receptáculo de la prueba. No hay necesidad de abrir la tierra del receptáculo de la prueba, dado que esto lo realiza internamente la medición.


Las siguientes condiciones de salida se aplican al realizar esta prueba:

- Polaridad normal
- Polaridad norma, neutro abierto
- Polaridad invertida
- Polaridad invertida, neutro abierto

IEC60601-1 especifica que las piezas aplicadas deben estar conectadas para esta medición. Pulse  o  para activar o desactivar la conexión de tierra de todos los bornes de conexión de las piezas aplicadas.

Nota

En la pantalla, una conexión de tierra de una pieza aplicada se muestra como un cuadro alrededor de la pieza aplicada.



fba27.eps

Figura 21. Esquema de prueba de corriente de fugas de tierra

Nota

La fuga de línea de tierra tiene el mismo esquema, pero sin el interruptor de piezas aplicadas.

Prueba de fuga del chasis (carcasa)

Nota

La prueba de fugas del chasis (caja) sólo está disponible para las selecciones de normas IEC60601 y ANSI/AAMI ES1 1993.

La prueba de fuga del chasis (carcasa) mide la corriente que fluye entre la carcasa del DUT y la protección de tierra. En la Figura 22 se muestran las conexiones eléctricas entre el Producto y el dispositivo DUT.

Para realizar una prueba de fuga del chasis (carcasa):

1. Conecte un conductor entre la toma V/ Ω /A del Producto y la carcasa del dispositivo DUT.
2. Pulse .
3. Pulse la tecla de función **Chasis** en el menú de la prueba de fuga de corriente.
4. En la pantalla se muestra la corriente medida.

La prueba de fuga del chasis se puede realizar con varias situaciones de avería en el receptáculo de la prueba.

Pulse para conmutar el receptáculo de la prueba entre Normal, Off (Desactivado), Invert. y Off (Desactivado). Pulse para abrir y cerrar la conexión del neutro al receptáculo. Pulse para abrir y cerrar la conexión de tierra al receptáculo.


Las siguientes condiciones de salida se aplican al realizar esta prueba:

- Polaridad normal
- Polaridad normal, tierra abierta
- Polaridad normal, neutro abierto
- Polaridad invertida
- Polaridad invertida, tierra abierta
- Polaridad invertida, neutro abierto

IEC60601-1 especifica que las piezas aplicadas deben estar conectadas para esta medición. Pulse o para activar o desactivar la conexión de tierra de todos los bornes de conexión de las piezas aplicadas.

Nota

La fuga del chasis para ANSI/AAMI tiene el mismo esquema, pero sin el conmutador de piezas aplicadas.



fba28.eps

Figura 22. Esquema de la prueba de corriente de fugas de la caja



Prueba de fuga de conductor a tierra (paciente)

Nota

La prueba de corriente de fugas del conductor a la conexión a tierra (paciente) no está disponible para selecciones de las normas IEC 62353.



La prueba de fuga de corriente de conductor a tierra (paciente) mide la corriente que fluye entre una pieza aplicada, un grupo de piezas aplicadas o todas las piezas aplicadas y el PE de la red principal. En la Figura 23 se muestran las conexiones eléctricas entre el Producto y el dispositivo DUT.

Para realizar una prueba de fuga de conductor a tierra (paciente):

1. Pulse **μA**.
2. Pulse la tecla de función **Más**.
3. Pulse  o  para establecer una de las agrupaciones de piezas aplicadas.

Nota

Consulte la norma de prueba cuando sepa el tipo de piezas aplicadas y cómo deben agruparse para la prueba.

4. Pulse la tecla de función **Selec**.
5. Pulse  o  para avanzar por cada agrupamiento de piezas aplicadas, o por las piezas aplicadas individuales, a tierra. Se seleccionan y miden dichas piezas.


La prueba de fuga de conductor a tierra se puede realizar con varias situaciones de avería en el receptáculo de la prueba. Pulse **POLARITY** para conmutar el receptáculo de la prueba entre Normal, Off, Invert. y Off. Pulse **NEUTRAL** para abrir y cerrar la conexión del neutro al receptáculo. Pulse **EARTH** para abrir y cerrar la conexión de tierra al receptáculo.

Las siguientes condiciones de salida se aplican al realizar esta prueba:

- Polaridad normal
- Polaridad normal, neutro abierto
- Polaridad normal, tierra abierta
- Polaridad invertida
- Polaridad invertida, neutro abierto
- Polaridad invertida, tierra abierta

Nota

Si hay más de cinco piezas aplicadas para conectar al Producto, consulte la sección Uso del adaptador 1 a 10 en este manual.



gtz29.eps

Figura 23. Esquema de la prueba de corriente de fugas del conductor a la conexión a tierra (paciente)

Pruebas de fuga de conductor a conductor (auxiliar del paciente)


Nota

La prueba de fugas de conductor a conductor (auxiliar del paciente) está disponible si se seleccionan las normas IEC60601 o ANSI/AAMI ES1-1993.

Para medir la fuga de corriente a través de cada pieza aplicada o conductor y la combinación de conexiones de conductores (todos los demás o entre dos), pulse la tecla de función **Cable a Cable** del menú principal de pruebas de fugas que aparece en la Figura 20. En la Figura 25 aparecen las conexiones eléctricas entre el Producto y el dispositivo DUT cuando se realiza una prueba de fuga de corriente de conductor a conductor (auxiliar del paciente).

La prueba de fugas de conductor a conductor (auxiliar del paciente) agrega un diagrama de los bornes de conexión de las piezas aplicadas a la pantalla, tal como se muestra en la Figura 24. En la figura, el borne de piezas aplicadas RA/R aparece encima del resto de bornes. Esto indica que la medición de fugas se hace desde RA/R a todas las demás. Para pasar al siguiente borne de piezas aplicadas, pulse **▶**. El primer borne aparecerá en línea con los demás bornes mientras que el borne LL/F aparece encima de todos los demás. Esto indica que la segunda medición de fugas es desde LL/F a todos los demás. Pulse **◀** o **▶** para pasar de un borne de conexión a otro.

Después de aislar individualmente cada borne, la prueba de fugas de conductor a conductor (auxiliar del paciente) mide la corriente de tres combinaciones diferentes de bornes enlazados entre sí: RA/R y LL/F, RA/R y LA/L, o LL/F y LA/L.




fis107.eps

Figura 24. Pantalla de bornes de conexión de piezas aplicadas

La prueba de fuga de conductor a conductor (auxiliar del paciente) puede realizar diferentes mediciones de fallos. Pulse **[POLARITY]** para conmutar la polaridad de la tensión de la red principal aplicada al receptáculo de la prueba entre Normal, Off, Invert, y Off. Pulse **[NEUTRAL]** para abrir y cerrar la conexión del neutro al receptáculo de la prueba. Pulse **[EARTH]** para abrir y cerrar la conexión de tierra al receptáculo de la prueba.

Nota

*Si hay más de cinco piezas aplicadas para conectar al Producto, consulte la sección **Uso del adaptador 1 a 10** en este manual.*



gtz30.eps

Figura 25. Esquema de la prueba de la corriente de fuga de conductor a conductor (auxiliar del paciente)

Las siguientes condiciones de salida se aplican al realizar esta prueba:

- Polaridad normal
- Polaridad normal, neutro abierto
- Polaridad normal, tierra abierta
- Polaridad invertida, neutro abierto
- Polaridad invertida, tierra abierta

Prueba de fuga de MAP (red sobre la pieza aplicada) de aislamiento del conductor

Nota



La prueba de fugas de aislamiento del conductor (red principal en fuga de piezas aplicadas) está disponible si se seleccionan las normas IEC60601 y ANSI/AAMI.

La prueba de fuga de corriente (red principal en piezas aplicadas) de aislamiento del conductor mide la corriente que fluye como respuesta a una tensión de CA aislada aplicada entre una pieza aplicada seleccionada, un grupo de piezas aplicadas o TODAS las piezas aplicadas, y la tierra (y cualquier pieza conductora conectada al terminal ROJO). En la Figura 26 aparecen las conexiones eléctricas entre el Producto y el DUT durante una prueba de fuga de corriente de red principal en piezas aplicadas.

Nota



Con la norma 60601 seleccionada, la tensión de prueba de MAP está disponible en polaridad normal e inversa (180 grados fuera de la fase con la red principal).

Para realizar una prueba de aislamiento del conductor (red principal en piezas aplicadas):

1. Pulse .
2. Pulse la tecla de función **Más**.
3. Establezca las agrupaciones de piezas aplicadas usando  y .

Nota

Consulte la norma de prueba cuando decida el tipo de piezas aplicadas y cómo deben agruparse para la prueba.

4. Pulse la tecla de función **Selec**.
5. Pulse la tecla de función **Selec**.
6. Pulse  o  para establecer la conexión de pieza aplicada deseada.
7. Pulse **TEST** para aplicar la tensión y leer la fuga de corriente en la pantalla.

Pulse **◀** y **▶** para desplazarse a través de las agrupaciones o conexiones de piezas aplicadas. Pulse **TEST** para cada configuración de conexión para probar completamente el DUT.

Las siguientes condiciones de salida se aplican al realizar esta prueba:

- Polaridad normal
- Polaridad invertida

Nota

Si hay más de cinco piezas aplicadas para conectar al Producto, consulte la sección Uso del adaptador 1 a 10 en este manual.




Figura 26. Esquema de prueba de fugas de aislamiento del conductor (red principal en fuga de piezas aplicadas)

gtz31.eps

Prueba de fuga de equipos alternativos



Nota

La prueba de fugas en equipos alternativos está disponible si se selecciona la norma EN62353.

La prueba de fuga en equipos alternativos se aplica la fuente de tensión entre el conductor vivo de la red principal de la salida del equipo cortocircuitado, el neutro y la tierra de la salida del equipo, la superficie conductora expuesta en la caja, y todas las piezas aplicadas cortocircuitadas entre sí. La prueba desconecta el equipo de la red principal. Se mide la corriente que fluye sobre el aislamiento del dispositivo bajo prueba.

Esta prueba no es aplicable para equipos con una fuente de potencia eléctrica interna. Los conmutadores de la parte de la red principal deben estar cerrados para esta medición.

Para realizar una prueba de fuga de equipos alternativos:

1. Pulse .
2. Pulse la tecla de función **Equipo alternativo**.
3. Pulse  para aplicar la tensión y leer la corriente en la pantalla.

En la Figura 27 aparecen las conexiones eléctricas entre el Producto y el dispositivo DUT durante la prueba de fuga en equipos alternativos.

Las siguientes condiciones de salida se aplican al realizar esta prueba:

- Tierra cerrada
- Tierra abierta

Nota


Si hay más de cinco piezas aplicadas para conectar al Producto, consulte la sección Uso del adaptador 1 a 10 en este manual.

Prueba de fuga de piezas aplicadas alternativas

Nota

La prueba de fugas en piezas aplicadas alternativas está disponible cuando se selecciona la norma EN62353.

La prueba de fuga de piezas aplicadas alternativas aplica la tensión de prueba entre piezas aplicadas cortocircuitadas de una sola función y el conductor energizado de la red de la salida del equipo cortocircuitado, el neutro, la tierra y la superficie conductora expuesta de la caja. Esta prueba sólo debe hacerse para equipos con piezas aplicadas de tipo F. Para un equipo con múltiples piezas aplicadas, compruebe cada grupo de piezas aplicadas de una sola función, uno cada vez, dejando flotar los demás durante la prueba. Todas las piezas aplicadas pueden conectarse a la toma de piezas aplicadas y la selección de conductores hará flotar las que no estén seleccionadas.



fba22.eps

Figura 27. Esquema de la prueba de corriente de fuga en piezas aplicadas alternativas

Para realizar una prueba de fuga de piezas aplicadas alternativas:

1. Pulse μA .
2. Pulse la tecla de función **Más**.
3. Establezca las agrupaciones de piezas aplicadas usando \triangle y ∇ .
4. Pulse la tecla de función **Selec**.
5. Pulse la tecla de función **A.P. alternativa**.
6. Pulse **TEST** para aplicar la tensión de prueba y leer la corriente en la pantalla.
7. Pulse \leftarrow o \rightarrow para avanzar al siguiente grupo de piezas aplicadas de una sola función, si corresponde. Pulse **TEST** para leer la fuga de corriente para cada grupo.

En la Figura 28 se muestran las conexiones eléctricas entre el Producto y el dispositivo durante una prueba de fuga de corriente de piezas aplicadas alternativas.

Nota

Si hay más de cinco piezas aplicadas para conectar al Producto, consulte la sección Uso del adaptador 1 a 10 en este manual.

Prueba de fuga de equipos directos

Nota

La prueba de fugas en equipos directos está disponible si se selecciona la norma EN62353.

La prueba de fuga de corriente de equipos directos mide la fuga de corriente entre todas las piezas aplicadas y la superficie conductora expuesta en la caja, a la tierra de la red principal.

Para realizar una prueba de equipos directos:

1. Pulse μA .
La prueba de equipos directos es la prueba predeterminada y ya debería estar seleccionada.
2. Pulse **TEST** para aplicar la tensión y leer la fuga de corriente en la pantalla.

En la Figura 29 se muestran las conexiones eléctricas entre el Producto y el DUT durante una prueba de fuga de corriente de equipos directos.

Las siguientes condiciones de salida se aplican al realizar esta prueba:

- Polaridad normal, tierra cerrada
- Polaridad normal, tierra abierta
- Polaridad invertida, tierra cerrada
- Polaridad invertida, tierra abierta

Nota

Si hay más de cinco piezas aplicadas para conectar al Producto, consulte la sección Uso del adaptador 1 a 10 en este manual.




Figura 28. Esquema de la prueba de fugas en piezas aplicadas alternativas

gtz23.eps

Prueba de fuga de piezas aplicadas directas

Nota

La prueba de fugas en piezas aplicadas directas está disponible si se selecciona la norma EN62353.

La prueba de fuga de corriente de piezas aplicadas directas mide la fuga de corriente entre todas las piezas aplicadas de una función y la superficie conductora expuesta en la caja, a la tierra de la red principal. Para equipos con múltiples piezas aplicadas, debe realizar la prueba para cada grupo de una función, una cada vez, dejando flotar las demás. Esta prueba sólo debe hacerse para equipos con piezas aplicadas de tipo F.

Para piezas aplicadas de tipo B, consulte el esquema de fugas de equipos directos en la Figura 29.

Para realizar una prueba de fuga de piezas aplicadas directas:

1. Pulse μA .
2. Pulse la tecla de función **Más**.
3. Establezca las agrupaciones de piezas aplicadas deseadas usando \uparrow y \downarrow .
4. Pulse la tecla de función **Selec**. Ya debe estar seleccionada la prueba AP directa.
5. Pulse \leftarrow o \rightarrow para establecer la configuración de la prueba de piezas aplicadas.

6. Pulse **TEST** para aplicar la tensión de prueba y leer la corriente en la pantalla.
7. Pulse \leftarrow o \rightarrow para avanzar al siguiente grupo de piezas aplicadas, si corresponde.


En la Figura 30 se muestran las conexiones eléctricas entre el Producto y el DUT durante una prueba de fuga de corriente de piezas aplicadas directas.

Las siguientes condiciones de salida se aplican al realizar esta prueba:

- Polaridad normal
- Polaridad invertida


Nota

*Si hay más de cinco piezas aplicadas para conectar al Producto, consulte la sección **Uso del adaptador 1 a 10** en este manual.*



fba24.eps

Figura 29. Esquema de la prueba de fugas de equipos directos



gtz25.eps

Figura 30. Esquema de la prueba de corriente de fugas de piezas aplicadas directas

Prueba de fuga de corriente diferencial

Nota

La prueba de corriente de fugas diferenciales está disponible si se selecciona la norma EN62353.

La prueba de fuga de corriente diferencial mide las magnitudes de la corriente diferencial que fluye en el conductor vivo y neutro de la salida del equipo, con energía eléctrica aplicada a la salida del equipo. Todas las piezas aplicadas deben estar conectadas durante esta prueba, si el equipo tiene piezas aplicadas aplicables.

Para realizar una prueba de fuga de corriente diferencial:

1. Pulse .
2. Pulse la tecla de función **Diferencial**.


En la Figura 31 se muestran las conexiones eléctricas entre el Producto y el DUT durante una prueba de fuga de corriente diferencial.

Las siguientes condiciones de salida se aplican al realizar esta prueba:

- Polaridad normal, tierra cerrada
- Polaridad normal, tierra abierta
- Polaridad invertida, tierra cerrada
- Polaridad invertida, tierra abierta

Nota

*Si hay más de cinco piezas aplicadas para conectar al Producto, consulte la sección **Uso del adaptador 1 a 10**, más adelante en este manual.*



gtz32.eps


Figura 31. Esquema de la prueba de corriente de fugas diferenciales

Uso del adaptador 1 a 10

El adaptador 1 a 10, un accesorio opcional, aumenta el número de conexiones de conductores o piezas aplicadas al Producto de 5 a 14. El adaptador conecta 10 conductores como máximo a un conductor que está conectado a una de las tomas de entrada del producto. Las otras cuatro tomas de entrada del Producto también se pueden utilizar con el adaptador. Se pueden añadir más conductores con varios adaptadores 1 a 10.

En el ejemplo de la Figura 32 se muestra una aplicación del adaptador. El desfibrilador/marcapasos del ejemplo tiene 10 conectores ECG, 2 conductores de marcapasos y dos paletas de desfibrilador que se deben conectar a la vez, y en grupos si funcionan de modo individual, para comprobar la fuga de corriente según la norma IEC62353. En el ejemplo, los conductores ECG son conectores de tipo automático y los dos adaptadores BJ2ECG aparecen conectados al adaptador. Si los conductores ECG no tienen conectores automáticos, es posible utilizar el adaptador automático universal con punta cónica para realizar las conexiones al adaptador.


El conductor común del adaptador se enchufa a la toma RA (1^o toma) del Producto. Con los cuatro conductores de prueba enfundados con pinzas de conexión, conecte las dos paletas de desfibrilador a las tomas LL y LA del Producto y los dos conductores de marcapasos a las tomas RL y V1. Establezca la conexión que une las cinco tomas del Producto. Esto medirá la fuga de corriente en los catorce conductores. El grupo de piezas aplicadas de 1, 2 y 2 permite probar grupos de piezas aplicadas de una función.



gtz120.eps

Figura 32. Conexiones del adaptador 1 a 10


Al realizar una prueba de piezas aplicadas con la norma AAMI/NFPA-99, las conexiones normales de RA, LL, LA y RL se realizan en sus tomas de entrada relacionadas. Serán necesarios cuatro adaptadores del conjunto de adaptadores automáticos universales con punta cónica para las cuatro primeras conexiones. El resto de conductores tóricos se conectan al adaptador y el conductor común del adaptador se conecta a la toma V1 (5^o toma) del Productor. Consulte la Figura 33. Esta configuración permite aislar los conductores RA, LL, LA y RL los unos de los otros y de los otros conductores tóricos que se conectan entre sí, mientras el Producto realiza las pruebas de fuga.



gtz121.eps

Figura 33. Conexión del conductor ECG con el adaptador 1 a 10

Realización de mediciones punto a punto

El Producto puede tomar mediciones de tensión, resistencia y corriente baja mediante su función punto a punto. Para acceder al menú de la función punto a punto mostrado en la Figura 34, pulse . Se usan las teclas de función **F1** a **F3** para establecer la función de medición.




Figura 34. Menú de la función punto a punto

Medición de la tensión

Para realizar una medición de la tensión:

1. Pulse la tecla de función **Tensión** en el menú punto a punto.
2. Introduzca los conductores de prueba en las tomas ROJA (V/ Ω /A) y NEGRA.
3. Coloque las puntas de la sonda a través de la tensión desconocida y lea la medición en la pantalla.

El Producto mide 300 voltios CA como máximo.

Medición de resistencia



Para realizar una medición de resistencia:

1. Pulse la tecla de función **Resistencia** en el menú punto a punto.
2. Introduzca los conductores de prueba en las tomas ROJA (V/ Ω /A) y NEGRA.
3. Anule la resistencia de los conductores conectando los conductores entre sí y pulsando la tecla de función **Cables cero**.
4. Coloque las sondas a través de la resistencia desconocida y lea la medición en la pantalla.

El Producto mide resistencias de hasta 2,0 Ω como máximo.

Medición de corriente

El Producto puede realizar mediciones de corriente solo CC, solo CA y CA+CC hasta un máximo de 10 mA. Para realizar una medición de corriente:


1. Pulse la tecla de función **Fuga** en el menú punto a punto.
2. Pulse  o  para establecer el modo de medición solo CC, solo CA y CA+CC.
3. Introduzca los conductores de prueba en las tomas ROJA (V/ Ω /A) y NEGRA.
4. Coloque las puntas de la sonda en los dos puntos por los cuales puede fluir la corriente desconocida y lea la medición en la pantalla.


Simulación de las ondas ECG

El producto puede colocar diferentes ondas en los bornes de conexión de las piezas aplicadas. Estas señales se usan para medir los parámetros de los monitores de ECG y de las impresoras de tiras de ECG. Consulte la Figura 36 para ver las conexiones entre el Producto y un monitor de ECG. En el caso de los monitores que utilizan conductores automáticos, coloque el adaptador BJ2ECG en los conectores de la parte superior del Producto y conecte el conductor del monitor a los conectores automáticos del adaptador.

Nota




Si el intérprete/monitor ECG tiene bornes con punta cónica, utilice el adaptador automático universal con punta cónica opcional para conectarlo al Producto.




Para acceder al menú Simulación onda ECG mostrado en la Figura 35, pulse . Desde este menú, se establecen una serie de ondas mediante **F1** y la velocidad o frecuencia de la onda mediante **F2**.



gtz109.bmp

Figura 35. Menú ECG Waveform Simulation (Forma de onda de simulación de ECG)

Para mostrar una de las ondas predefinidas, pulse la tecla de función **Forma onda**. Aparecerá un cuadro de desplazamiento con  a su lado por arriba de la etiqueta de la tecla programable. Use  o  para desplazarse por las diferentes formas de onda.

Para todas las ondas salvo VFIB y triangular, la velocidad o frecuencia de la onda se ajusta mediante la tecla de función **Frecuenc.** o **Ritmo**. Para algunas formas de onda, hay más de dos selecciones de frecuencia o velocidad. Para estas ondas, pulse la tecla de función **Frecuenc.** o **Ritmo** para abrir un cuadro de desplazamiento encima de la etiqueta de la tecla de función con  a su lado. Use  o  para seleccionar la frecuencia o velocidad. Para aquellas ondas que sólo tienen dos frecuencias o velocidades, la tecla de función **Frecuenc.** o **Ritmo** es un conmutador, de forma que cada pulsación de la tecla de función cambia al otro valor.




Figura 36. Conexiones del monitor de ECG

gtz115.eps

Memoria

El Producto mantiene los datos de los resultados de la prueba y la secuencia de la prueba en una memoria de tarjeta SD. La tarjeta de memoria contiene un mínimo de 100 secuencias de pruebas y 1000 resultados de pruebas. Cada resultado de prueba se puede recuperar en la pantalla del Producto o se puede exportar a un PC.

Nota

El Producto puede mostrar los últimos 200 resultados de prueba. Todos los resultados del Producto se pueden exportar a un PC.

Para extraer la tarjeta de memoria:

1. Empuje la tarjeta de memoria y suéltela.
2. La tarjeta de memoria se expulsará de la ranura.
3. Sujete la tarjeta de memoria con los dedos y retírela del producto.

Nota

Con la tarjeta de memoria extraída, no se mostrará ninguna secuencia de pruebas en la lista de la biblioteca de pruebas. No puede realizar la nueva secuencia de pruebas sin la tarjeta instalada en Producto.

Para instalar la tarjeta de memoria:

1. Inserte la tarjeta con los contactos hacia la parte posterior.
2. Empuje la tarjeta hasta que oiga un clic.
3. Suelte la tarjeta.

Secuencias de pruebas

La función de secuencias de pruebas automatiza las pruebas que se realiza en un DUT. La secuencia de pruebas se realizan mediante el asistente de secuencias de pruebas. Otro procedimiento es empezar con una secuencia de pruebas que ya está en la biblioteca de pruebas y cambiarla para crear una secuencia de pruebas. Las secuencias de pruebas y los resultados de las pruebas se mantienen en la tarjeta de memoria.

Secuencias de pruebas suministradas de fábrica

La Tabla 6 es una lista de secuencias de pruebas suministradas de fábrica que está en la memoria de tarjeta que se envía con el Producto. Cada secuencia de pruebas suministrada de fábrica tiene un prefijo con el número estándar de prueba. Por ejemplo, la secuencia de pruebas 60601-1 Monitor se basa en la norma de prueba 60601-1.

Tabla 6. Secuencias de pruebas suministradas de fábrica

Secuencia de pruebas	Descripción ^[1]
60601 3rd Patient Monitor	3ª Ed., Clase I, 5 ECG
60601 3rd Defibrillator	3ª Ed., Clase I, 2 palas y 3 ECG
60601 3rd Infusion Device	3ª Ed., Clase II, 1 no AP
60601 3rd Ultrasound Device	3ª Ed., Clase I, 1 sonda
60601 3rd Generic Device	3ª Ed., Clase I, no AP
60601 3rd System	3ª Ed., Clase I, no AP
62353-Alt. Patient Monitor	Clase I, 5 ECG
62353-Alt. Defibrillator	Clase I, 2 palas y 3 ECG
62353-Alt. Infusion Device	Clase II, 1 no AP
62353-Alt. Ultrasound Device	Clase I, 1 sonda
62353-Alt. Generic Device	Clase I, no AP
NFPA99 Patient Monitor	Clase I, 5 ECG
NFPA99 Defibrillator	Clase I, 2 palas y 3 ECG
NFPA99 Infusion Device	Clase II, 1 no AP

Tabla 6. Secuencias de pruebas suministradas de fábrica (cont.)


Secuencia de pruebas	Descripción ^[1]
NFPA99 Ultrasound Device	Clase I, 1 sonda
NFPA99 Generic Device	Clase I, no AP
ANSI/AAMI ES-1 Patient Monitor	Clase I, 5 ECG
ANSI/AAMI ES-1 Defibrillator	Clase I, 2 palas y 3 ECG
ANSI/AAMI ES-1 Infusion Device	Clase II, 1 no AP
ANSI/AAMI ES-1 Ultrasound Device	Clase I, 1 sonda
ANSI/AAMI ES-1 Generic Device	Clase I, no AP
[1] Las designaciones de clase hacen referencia a las definiciones de normas de seguridad eléctrica correspondientes para dispositivos, no a definiciones de dispositivos médicos de la FDA.	

Realización de una secuencia de pruebas







Puede realizar una nueva secuencia de pruebas a partir de otra secuencia de pruebas o crear una desde cero.

Realización de una secuencia de pruebas nueva

Para realizar una nueva prueba:

1. Pulse .
2. Pulse la tecla de función **Test Librería**.
3. Pulse la tecla de función **Nuevo**.

Un asistente a la secuencia de pruebas le guía durante la configuración de la secuencia de pruebas. Existen cinco pasos de configuración.

1. Pulse  o  para resaltar una norma de prueba y pulse .
2. Pulse  o  para resaltar una clase de dispositivo y pulse .
3. Configure las piezas aplicadas (A.P.).

Nota

Se puede utilizar un teclado USB o un lector de código de barras para introducir el nombre A.P.

Si el DUT no tiene piezas aplicadas, pulse la tecla de función **Sig. paso** para omitir la configuración de las piezas aplicadas.

Si el DUT tiene piezas aplicadas, pulse **Nueva AP**. Debe asignar un nombre a la pieza aplicada y mostrar el número de piezas aplicadas del DUT que están en la configuración.

El Producto tiene cinco entradas y piezas aplicadas. Si configura más de cinco piezas aplicadas, se muestra un mensaje de error en la pantalla. Si el DUT tiene más de cinco piezas aplicadas, puede usar el adaptador 1 a 10. Consulte la sección Uso del adaptador 1 a 10 para obtener más información.

Si conecta varias piezas aplicadas a una entrada, debe establecer **Config unida** en **Unid**. El Producto establece la siguiente entrada disponible para las piezas aplicadas que están unidas. El icono de posición de la pantalla muestra las entradas que están configuradas como puntos y las entradas no configuradas como círculos. En la Figura 37 se muestra el icono de posición para una entrada configurada y cuatro entradas no configuradas.



gtrv127.bmp

Figura 37. Icono de posición de entrada

Para colocar una pieza aplicada del DUT en cada una de las entradas del Producto, establezca **Config unida** en **No unido**. El Producto mostrará las siguientes entradas disponibles como configuradas para esta configuración.

La última variable de las piezas aplicadas es el **Tipo**. Resalte la variable Tipo y pulse **[ENTER]**. Resalte un tipo en la lista de tipos y pulse **[ENTER]**.

Pulse la tecla de función **Hecho** para completar la configuración de piezas aplicadas.

Para modificar la configuración de una pieza aplicada, use o para resaltar la configuración de la A.P. y pulse **[ENTER]**.

4. Modifique la configuración de la prueba.

La Tabla 7 es una lista de las configuraciones de pruebas con sus descripciones y los valores predeterminados.

Para establecer una de las configuraciones de prueba, pulse o para resaltar una configuración de prueba y pulse **[ENTER]**. Una vez modificado el ajuste, pulse la tecla de función **Hecho**.

5. Asigne un nombre a la secuencia de pruebas. Al pulsar la tecla de función **Sig. paso** al modificar la configuración de prueba, el Producto asigna automáticamente el nombre Sec. prueba a la secuencia, seguido de la fecha y la hora. Para aceptar el nombre predeterminado, pulse la tecla de función **Sig. paso**. Para cambiar el nombre, pulse la tecla de función **Edit**.

Nota

Se puede utilizar un teclado USB o un lector de código de barras para editar el nombre de la secuencia de prueba.

La secuencia de pruebas está completa. Para poner la secuencia de pruebas en la tarjeta de memoria, pulse la tecla de función **Guar**. Para ver los parámetros de la secuencia de pruebas antes de guardarla, pulse la tecla de función **Edit**.

Tabla 7. Configuración de la prueba para las secuencias de pruebas




Configuración de la prueba	Descripción	Valor predeterminado
Pausa después inicio	Si se establece en sí, retrasa el inicio de la prueba el tiempo establecido en el parámetro Demora inicio cuando se aplica energía al DUT.	No
Pausa antes inicio	Si se establece en sí, retrasa el inicio de la prueba el tiempo establecido en el parámetro Demora apagado cuando se elimina la energía del DUT.	No
Demora inicio	Tiempo que el Producto esperará antes de realizar el siguiente paso después de que se aplique energía al DUT. La gama se encuentra entre 0 y 9999 segundos.	2 segundos
Demora apagado	Tiempo que el Producto esperará antes de realizar el siguiente paso después de que se elimina la energía del DUT. La gama se encuentra entre 0 y 9999 segundos.	0 segundos
Velocidad de la prueba ^[1]	Cuando se establece en Normal, el Producto realiza una medición de fuga de corriente en 5 segundos y una prueba de resistencia de aislamiento en 1 minuto. Cuando se establece en Rapid, el Producto realiza una medición de fuga de corriente lo más rápidamente posible y una prueba de resistencia de aislamiento en 3 segundos.	Normal
Modo de prueba	Cuando se establece en Automático, el Producto realiza cada paso de la secuencia de pruebas automáticamente. Cuando se establece en Paso a paso, debe pulsar la tecla de función Sig. paso para ir al siguiente paso de la secuencia.	Automático
Parada fallo prueba	Cuando se establece en Sí, el Producto detiene la secuencia de pruebas cuando se detecta un error.	Sí

Tabla 7. Configuración de la prueba para las secuencias de pruebas (cont.)

Configuración de la prueba	Descripción	Valor predeterminado
Varias pruebas PE	Si se establece en Sí, el Producto le pide que repita las pruebas PE o que continúe.	No
Múltiples fugas sin conexión a tierra	Si se establece en Sí, el Producto le pide que repita las pruebas de fugas sin conexión a tierra o que continúe.	No
Almacenamiento de registros conductor de paciente ^[2]	Cuando se establece en Alm. todo, todos los resultados se colocan en los resultados de la prueba. Si se establece en Alm. peor/últ., solo el peor valor medido se coloca en el resultado de la prueba. Si se establece en Alm. peor/últ. y todos los valores medidos son iguales, se coloca el último valor en los resultados de la prueba.	Alm. peor/últ.
Tensión de la prueba de aislamiento	Establece la tensión de la prueba de aislamiento en 250 V CC o 500 V CC.	500 V CC
Polaridad invertida	Si se establece en No, se omitirán las pruebas de polaridad invertida.	Sí
<p>[1] Puede cambiar el parámetro de velocidad de la prueba en una secuencia de prueba para reducir el tiempo necesario para realizar una secuencia de prueba.</p> <p>[2] Solo es válido para la fuga de corriente y varias pruebas PE.</p>		

Creación de una secuencia de pruebas a partir de una secuencia de la biblioteca de pruebas

Para crear una secuencia de pruebas a partir de una secuencia que ya está en la biblioteca de pruebas:

1. Pulse .
2. Pulse la tecla de función **Test Libreria**.
3. Pulse  o  para resaltar un nombre de secuencia de pruebas.

Nota

*Pulse la tecla de función **F1** para alternar entre un orden A a Z o Z a A de las secuencias de pruebas.*

4. Pulse la tecla de función **Ver/Edit**.
5. Pulse la tecla de función **Guar c nuev**.
6. Escriba un nuevo nombre con el teclado de la pantalla.

Nota

Se puede utilizar un teclado USB o un lector de código de barras para editar el nombre de la secuencia de prueba.




7. Pulse la tecla de función **Hecho**.

Los pasos de la nueva secuencia de pruebas se rellenan con los pasos de la secuencia de pruebas inicial.

8. Pulse la tecla de función **Edit**.
Vaya a cada paso de la configuración de la secuencia de pruebas y acepte los parámetros o cámbielos para la nueva secuencia de pruebas.
9. Pulse la tecla de función **Guar** para guardar la secuencia de pruebas y salga del asistente.

Modificación de una secuencia de pruebas

Para cambiar uno o varios pasos de una secuencia de pruebas:

1. Pulse .
2. Pulse la tecla de función **Test Libreria**.
3. Pulse  o  para resaltar un nombre de secuencia de pruebas.

Nota


*Pulse la tecla de función **F1** para alternar entre un orden A a Z o Z a A de las secuencias de pruebas.*


4. Pulse la tecla de función **Ver/Edit**.
5. Pulse la tecla de función **Edit**.

Vaya a cada paso de la secuencia de pruebas y acepte los parámetros o cámbielos.

Ejecución de una secuencia de pruebas



Para ejecutar una secuencia de pruebas:

1. Pulse  para mostrar la pantalla de secuencias de pruebas que aparece en la Figura 38.




gtz125.bmp

Figura 38. Pantalla de secuencia de pruebas

2. Pulse la tecla de función **Test Librería**.
3. Pulse  o  para resaltar un nombre de secuencia de pruebas.

Nota

*Pulse la tecla de función **F1** para alternar entre un orden A a Z o Z a A para ordenar por fecha las secuencias de pruebas.*


4. Pulse .

Nota

*Para ver los detalles de la secuencia de pruebas que va a iniciar, pulse la tecla de función **Secuencia Detalles**.*

5. Pulse la tecla de función **Sigü.**

La pantalla de información del equipo que aparece en la Figura 39 se muestra en la pantalla.



gtz126.bmp

Figura 39. Pantalla de información del equipo

El número, número de serie, fabricante, modelo y ubicación del DUT pueden escribirse para ayudar a identificar el DUT en el resultado de la prueba.

Nota

Se puede utilizar un teclado USB o un lector de código de barras para introducir la información DUT. Puede utilizar un lector de código de barras para desplazarse automáticamente por cada campo si envía automáticamente un retorno de carro.

Cuando el paso de secuencia de pruebas es una excepción visual, debe pulsar la tecla de función **Vál.**, **Err.** o **N/A** para ir al siguiente paso de la prueba.

Cuando el Producto mide los valores de una prueba, en la pantalla aparece Prueba. Cuando el paso de la prueba está terminado, aparece en la pantalla el resultado con **VÁL.** o **ERR.**

Para agregar comentarios cuando finaliza un paso de prueba, pulse la tecla de función **Agregar comentarios**. Cuando visualiza los resultados individuales de un resumen de pruebas, puede pulsar la tecla de función **Agregar comentarios** para introducir más información sobre el paso de prueba.

Cuando la secuencia de pruebas ha terminado, se forma un nombre con el número del equipo, la fecha y la hora. Para cambiar el nombre, pulse **ENTER** o la tecla de función **Edit**. Para poner la secuencia de pruebas en la tarjeta de memoria, pulse la tecla de función **Guar**.

Visualización de los resultados de la prueba

Para mostrar los resultados de la prueba la pantalla:

1. Pulse **Test Results**.
2. Pulse **↙** o **↘** para resaltar un nombre del resultado de la prueba.

Nota

*Pulse la tecla de función **F1** para alternar el orden de los resultados por fecha o A-Z.*

3. Pulse **ENTER** para mostrar la prueba y sus resultados en la pantalla.
4. Pulse **↕** o **↖** para resaltar un resultado de la prueba.
5. Pulse **ENTER** para mostrar el resultado de la prueba en la pantalla.
6. Pulse la tecla de función **Volver** para volver a la lista de resultados de la prueba.




Nota

Se puede utilizar un teclado USB o un lector de código de barras para editar el nombre de los resultados de prueba.

Al pulsar la tecla de función **Inic. prb**, se inicia la secuencia de pruebas completa.

Eliminación de un conjunto de resultados de pruebas

Para eliminar un resultado de la prueba:

1. Pulse .
2. Pulse  o  para resaltar un nombre del resultado de la prueba.

Nota

Pulse la tecla de función F1 para alternar el orden de los resultados por fecha o A-Z.

3. Pulse la tecla de función **Eliminar**.
Aparece una pantalla de confirmación de la eliminación.
4. Pulse la tecla de función **Eliminar**.

Mantenimiento

Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones personales:

- **Apague el Producto y desconecte el cable de alimentación de la red principal. Detenga la operación durante 2 minutos para que se descarguen los circuitos internos antes de abrir la tapa de fusibles o desmontar las tapas del Producto.**
- **No ponga en funcionamiento el producto si no tiene las cubiertas o si la caja está abierta. Podría quedar expuesto a tensiones peligrosas.**
- **Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica antes de retirar las cubiertas del Producto.**

- **Retire las señales de entrada antes de limpiar el Producto.**
- **Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas.**
- **Utilice exclusivamente los fusibles de repuesto especificados.**
- **La reparación del Producto solo puede ser realizada por un técnico autorizado.**

El Producto es un instrumento de medición calibrado. Use las precauciones necesarias para evitar el abuso mecánico que podría cambiar los ajustes calibrados.


Prueba y sustitución de fusibles

Advertencia

Para evitar choques eléctricos, desconecte todos los cables de alimentación y conductores de prueba del Producto antes de abrir la puerta del fusible.

Para una protección eléctrica de la salida del equipo, el Producto usa dos fusibles, uno en la línea viva (L1) y otro en la línea neutra (L2). Para hacer una prueba de los fusibles:

1. Gire el Producto de forma que la parte inferior de la caja mire hacia arriba. Consulte la Figura 40.
2. Pliegue el soporte inclinable.
3. Extraiga el tornillo de la puerta de fusibles con un atornillador de cabeza Phillips #2 y retire la puerta del Producto.
4. Extraiga los dos fusibles del Producto.



gvtv111.eps

Figura 40. Acceso a los fusibles

5. Use un multímetro para medir la continuidad de cada fusible.
Si un fusible no muestra continuidad, reemplácelo por otro con los mismos valores nominales de tensión y corriente. Los valores nominales correctos de los fusibles se indican en la etiqueta que se encuentra en la parte inferior de la caja del Producto. La Tabla 8 es una lista de los fusibles disponibles con los números de pieza de Fluke Biomedical.
6. Vuelva a instalar la puerta del fusible y sujétela con el tornillo.

Limpeza del Producto

⚠️⚠️ Advertencia

Para evitar choques eléctricos, no limpie el Producto cuando esté enchufado a la red principal o conectado a un dispositivo bajo prueba.

⚠️ Precaución

No derrame líquidos en la superficie del Producto. Un líquido en el circuito eléctrico puede hacer que el Producto falle.

⚠️ Precaución

No utilice limpiadores en aerosol sobre el Producto. Esto puede hacer que el líquido entre en el Producto y dañe los componentes electrónicos.

Limpie el Producto ocasionalmente con un paño húmedo y un detergente suave. Evite la entrada de líquidos.

Limpie los cables del adaptador tomando las mismas precauciones. Compruebe si tienen daños y si existe un deterioro del aislamiento. Compruebe la integridad de las conexiones antes de cada uso.

Piezas de repuesto

La Tabla 8 es una lista de las piezas de repuesto del Producto.

Tabla 8. Repuestos recambiables

Artículo		Número de pieza de Fluke Biomedical
Manual de funcionamiento básico del ESA615		4105845
CD con el Manual de uso del ESA615		4105850
Cable de alimentación	EE.UU./Japón	2238680
	Reino Unido	2238596
	Australia/China	2238603
	Europa	2238615
	Francia/Bélgica	2238615
	Tailandia	2238644
	Israel	2434122
	Suiza	3379149
	Brasil	3841358
Adaptador de salida de EE.UU. a Brasil		4151242
Adaptador de borne nulo		3326842
Ansur, CD con versión de demostración		2795488

Tabla 8. Repuestos (cont.)

Artículo		Número de pieza de Fluke Biomedical	
Adaptador de toma con punta cónica 5 a 5 con ECG (BJ2ECG)		3359538	
Estuche de transporte		2248650	
Cable para transferencia de datos		4034393	
Fusible	EE.UU.-115, Japón	⚠ Fusible T20A 250V (con retardo de tiempo), 1¼ in x ¼ in	2183691
	Australia, China, Suiza	⚠ Fusible T10A 250V (con retardo de tiempo), 1¼ in x ¼ in	109298
	Europa, Reino Unido, EE.UU.-220, Francia/Bélgica, Tailandia, Brasil, Israel	⚠ Fusible T16A 250V (con retardo de tiempo), 6,3 mm x 32 mm	3321245
Adaptador de 15 – 20 A		2195732	
Kit de accesorios ESA para EE.UU./AUS/ISR: Juego de conductores de prueba Juego de sondas de prueba TP1 Juego de pinzas de conexión AC285		3111008	
Kit de accesorios ESA para EUR: Juego de conductores de prueba Juego de sondas de prueba TP74 Juego de pinzas de conexión AC285		3111024	
⚠ Para garantizar la seguridad, utilice solamente los repuestos que correspondan exactamente.			

Accesorios

La Tabla 9 es una lista de los accesorios disponibles para el Producto.

Tabla 9. Accesorios

Artículo	Número de pieza de Fluke Biomedical
Puntas de prueba con vaina retráctil	1903307
Adaptadores con patillas de conexión a tierra	2242165
Adaptador 1-a-10 a ECG	3392119
Adaptador automático universal con punta cónica	2462072
Adaptador del cable de prueba de ultrasonido	3472633
Llave inalámbrica USB	3341333

Especificaciones

Temperatura

En funcionamiento 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)

Almacenamiento -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad 10 % a 90 % sin condensación

Altitud

Voltaje de alimentación principal de CA de
100 V/115 V 5000 m

Voltaje de alimentación principal de CA
de 230 V 2000 m

Pantalla..... Pantalla LCD

Comunicaciones

Puerto ascendente del dispositivo USB.....	Conector Mini-B para el control mediante un ordenador
Puerto controlador host USB	Tipo A, salida 5 V, máx. carga 0,5 A. Conector para el teclado y el código de barras
Inalámbrico	IEEE 802.15.4 para el control mediante un ordenador

Modos de funcionamiento Manual y remoto

Alimentación

Toma de corriente de 100 V/115 V	90 a 132 V CA rms, 47 a 63 Hz, 20 A máximo
Toma de corriente de 230 V	180 a 264 V CA rms, 47 a 63 Hz, 16 A máximo

Peso 1,6 kg (3,5 lb)

Dimensiones..... 28,5 cm x 17,6 cm x 8,4 cm (11,2 pulg. x 6,9 pulg. x 3,3 pulg.)

Radio inalámbrico

Rango de frecuencia.....	2412 MHz a 2462 MHz
Potencia de salida.....	<1 mW

Seguridad

General	IEC 61010-1: Categoría II de sobretensión, grado de contaminación 2.
Medición.....	IEC 61010-2-030: CAT II para 300 V

Clasificación IP IEC 60529: IP 20

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Internacional	IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico CISPR 11: Grupo 1, clase A
---------------------	---

Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de frecuencia de radio de carga acoplada conductora que es necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo.

Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los ámbitos, a excepción de los ámbitos domésticos y aquellos que estén directamente conectados a una red de suministro eléctrico de baja tensión que proporciona alimentación a edificios utilizados para fines domésticos. Puede que haya dificultades potenciales a la hora de garantizar la compatibilidad electromagnética en otros medios debido a las interferencias conducidas y radiadas.

Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11. El equipo puede que no cumpla los requisitos de inmunidad de este estándar si los cables de prueba y/o puntas de sonda están conectados.

Korea (KCC).....Equipo de clase A (Equipo de emisión y comunicación industrial)

Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de onda electromagnética (Clase A) y así lo advierte el vendedor o usuario. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no residenciales.

EE. UU. (FCC).....47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera exento según la cláusula 15.103

Especificaciones detalladas

Selecciones estándar de prueba.....ANSI/AAMI ES-1, IEC62353, IEC60601-1 y AN/NZS 3551

Voltaje

Rangos (tensión de red).....90,0 a 132,0 V CA rms
180,0 a 264,0 V CA rms

Rango (tensión punto a punto)

5000 m0,0 V a ≤ 150 V CA rms

2000 m0,0 V a $\leq 300,0$ V CA rms

Exactitud $\pm(2\%$ de la lectura + 0,2 V)

Resistencia de tierra

Modos.....2 cables

Corriente de comprobación.....200 mA CA

Rango.....0,000 Ω a 2,000 Ω

Exactitud..... $\pm(2\%$ de la lectura + 0.015 Ω)

Corriente del equipo

Rango.....0,0 A a 20,0 A CA rms

Exactitud..... $\pm(5\%$ de la lectura + (2 recuentos o 0,2 A, el mayor valor))

Ciclo de trabajo	15 A a 20 A, 5 minutos activado/5 minutos desactivado 10 A a 15 A, 7 minutos activado/3 minutos desactivado 0 A a 10 A, continuo
------------------------	--

Fuga de corriente

Modos*	CA+CC (verdadero valor eficaz) Solo CA Solo CC
--------------	--

* Para pruebas que no utilizan tensión MAP, CA+CC, Los modos SOLO CA y SOLO CC están disponibles para todas las fugas. Las tensiones MAP solo están disponibles en el verdadero valor eficaz (mostrado como CA+CC)

Selección de carga del paciente	AAMI ES-1993 Fig.1 1 IEC 60601: Fig. 15
---------------------------------------	--

Factor de cresta	≤3
------------------------	----

Rangos.....	0,0 µA a 199,9 µA 200 µA a 1999 µA 2,00 mA a 10,00 mA
-------------	---

Exactitud

CC a 1 kHz.....	±(1 % de la lectura + (1 µA o 1 LSD, el mayor valor))
1 kHz a 100 kHz.....	±(2 % de la lectura + (1 µA o 1 LSD, el mayor valor))
1 kHz a 5 kHz (corriente > 1,6 mA).....	±(4 % de la lectura + (1 µA o 1 LSD, el mayor valor))
100 kHz a 1 MHz	±(5 % de la lectura + (1 µA o 1 LSD, el mayor valor))

Nota

La precisión de las pruebas de fuga de aislamiento, MAP, AP directas, AP alternativas y equipos alternativos oscila dentro de los siguientes rangos:

- A 120 V CA + (2,5 µA o 1 LSD, el mayor valor)
- A 230 V CA adicional ±3,0 % y + (2,5 µA o 1 LSD, el mayor valor)

Para las pruebas de fuga de equipos alternativos, AP alternativas y AP directas, los valores de fuga se compensan para la red principal nominal de acuerdo con 62353. Por tanto, la precisión especificada para otras fugas no es aplicable.

Tensión de prueba de la red principal en la parte aplicada..... 100 % \pm 7 % de red principal para AAMI, corriente limitada a 1 mA \pm 25 % por AAMI
100 % \pm 7 % de red principal para IEC 62353 corriente limitada a 3,5 mA \pm 25 % por IEC 62353
100 % \pm 7 % de red principal para IEC 60601-1 corriente limitada a 7,5 mA \pm 25 % por IEC 60601-1

Fugas diferenciales

Rangos..... 75 μ A a 199 μ A
200 μ A a 1999 μ A
2,00 mA a 20,00 mA

Exactitud..... \pm (10 % de la lectura (2 conteos o 20 μ A, el mayor valor))

Resistencia de aislamiento

Rangos..... 0,5 a 20,0 M Ω
20,0 a 100,0 M Ω

Exactitud

Rango de 20 M Ω \pm (2 % de la lectura + 0,2 M Ω)

Rango de 100 M Ω \pm (7,5 % de la lectura + 0,2 M Ω)

Tensión de prueba de fuente 500 o 250 V CC (+20 %, -0 %) 2,0 \pm 0,25 mA de corriente de cortocircuito

Capacitancia de carga máxima..... 1 μ F

Formas de onda de rendimiento del ECG

Exactitud

Frecuencia \pm 2 %

Amplitud \pm 5 % de onda cuadrada de 2 Hz sólo, fijada a una configuración Lead II de 1 mV

Ondas

Complejo de ECG 30, 60, 120, 180 y 240 BPM

Fibrilación ventricular

Onda cuadrada (50 % del ciclo de trabajo)..... 0,125 Hz y 2 Hz

Onda senoidal.....	10, 40, 50, 60 y 100 Hz
Onda triangular.....	2 Hz
Pulso (ancho de onda de 63 ms).....	30 BPM y 60 BPM

Secuencias de pruebas suministradas de fábrica

60601- 3^a edición Patient Monitor
60601- 3^a edición Defibrillator
60601- 3^a edición Infusion Pump
60601 3^a edición Ultrasound Device
60601 3^a edición Generic Device
60601 3^a edición System
62353-Alt. Patient Monitor
62353-Alt. Defibrillator
62353-Alt. Infusion Pump
62353-Alt. Ultrasound Device
62353-Alt Generic Device
NFPA99 Patient Monitor
NFPA99 Defibrillator
NFPA99 Infusion Pump
NFPA99 Ultrasound Device
NFPA99 Generic Device
ANSI/AAMI ES-1 Patient Monitor
ANSI/AAMI ES-1 Defibrillator
ANSI/AAMI ES-1 Infusion Pump
ANSI/AAMI ES-1 Ultrasound Device
ANSI/AAMI ES-1 Generic Device